

## Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli Cardiologie. Telefoon: 0495 - 57 22 80.



# Eventrecorder

Hartfunctie afdeling  
Route 56

R313.042011-03

1175526

Vogelsbleek 5  
6001 BE Weert  
T. 0495 - 57 21 00  
[www.sjgweert.nl](http://www.sjgweert.nl)

## Wat is een eventrecorder?

Met event recording wordt een eenvoudig hartfilm-  
pje (ook wel elektrocardiogram of ECG genoemd)  
gemaakt met een klein apparaatje, dat u in een  
tasje met een riem om uw middel draagt. Een  
eventrecorder kan het hartritme vaststellen op het  
moment van klachten. Zo kan een mogelijk ver-  
band worden vastgesteld tussen de klachten en het  
hartritme.

Aan het apparaatje zitten 2 elektroden, die met  
plakkers op uw borst vastgemaakt worden. Op het  
apparaatje zitten twee knoppen. Een knop waar u  
op moet drukken als u klachten heeft, en een knop  
om de opnames door te zenden die het apparaatje  
gemaakt heeft tijdens die klachten. Bij iedere druk  
op die knop maakt de eventrecorder een ECG. U  
drukt op de knop als de hartklachten die u hebt zich  
voordoen.

## Hoe bereidt u zich voor?

Gebruik geen bodylotion, zalf, crème of olie op de  
huid van uw bovenlichaam op de dagen dat de  
recorder bij u is aangesloten.

Indien u moeite heeft met techniek en/of uw fijne  
motoriek, is het verstandig iemand mee te nemen  
die handig is en die u zonodig kan helpen in de tijd  
dat u het apparaat draagt.

## Hoe verloopt het onderzoek?

Aan de recorder zit een kabel die via plak-  
elektroden aan de borst bevestigd worden door een  
medewerker van de Hartfunctie afdeling. Bij  
mannen wordt borsthaar op deze plekken  
geschoren. De plakelektroden moeten om de 2-3  
dagen verwisseld worden. Als de plakkers los gaan  
zitten, kunt u ze vervangen. Bij huidirritatie plakt u  
de nieuwe plakkers vlak naast de plek van de oude.

Als u gaat douchen laat u de plakkers zitten. U  
koppelt het apparaat los van de plakkers, en legt  
het apparaat zo weg dat het niet nat of vochtig kan  
worden. Na het douchen koppelt u de elektroden  
weer aan de plakkers. Eventueel brengt u nieuwe  
plakkers aan.

Als het apparaat signalen afgeeft dat de batterijen  
bijna op zijn of als er iets anders mis gaat, neem  
dan tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact op met de  
Hartfunctie afdeling.

Het is de bedoeling dat u het apparaat dag en nacht  
draagt.

Met de recorder kunnen opnames van het hartritme  
gemaakt worden. Na maximaal 4 opnames moeten  
de gegevens doorgelabeld worden naar een  
telefoonnummer (liefst na iedere klacht gegevens  
doorzenden). Dit telefoonnummer wordt op de dag  
van het aansluiten van de recorder aan u  
doorgegeven. Op de laatste dag dat u de recorder  
bij u draagt wordt u op een afgesproken tijdstip  
verwacht om alles terug te brengen.

## Wat mag u niet doen?

De eventrecorder mag niet in aanraking komen met  
water. U mag de recorder niet openmaken. Ook  
mag u nooit de kabels aan de kant van het apparaat  
losmaken.

## De duur van het onderzoek?

Het aantal dagen is afhankelijk van wat de  
cardioloog wenst. De eventrecorder kan voor  
maximaal 30 dagen aangesloten worden.

## De uitslag.

De uitslag van het onderzoek krijgt u na ongeveer  
10 dagen nadat de recorder is teruggebracht van  
uw cardioloog op het uitslagensprek uur.  
U krijgt een afspraak mee.

Voor een snelle afwikkeling van de gegevens is  
het belangrijk dat u uw nummer van uw bank- giro  
rekening meeneemt.  
Dit nummer wordt gebruikt voor een machtings-  
formulier. Dit machtingsformulier zal door u en  
de medewerker getekend worden. Wordt het  
materiaal niet volledig ingeleverd dan zal er een  
bedrag van € 75,- geïncasseerd worden.